



Informations sur le produit

Solution de contrôle pour la mesure du lactate (niveau 1 et niveau 2)

Pour une mesure fiable du lactate, il est important de procéder à un **contrôle régulier de la qualité** de l'appareil de mesure et des bandelettes réactives. Grâce à ces solutions de contrôle, tu peux facilement vérifier que ton appareil de mesure du lactate fonctionne correctement et donne des résultats de mesure précis.

- La solution de contrôle niveau 1 vérifie l'appareil dans une plage de lactate faible, comprise entre 1,0 et 1,6 mM.
- La solution de contrôle de niveau 2 est destinée à la vérification d'une plage de lactate plus élevée, de 4,0 à 5,4 mM, correspondant aux valeurs qui se produisent lors d'un exercice modéré à intense.

Les deux solutions de contrôle sont présentées dans un flacon de 4 ml et sont destinées au contrôle de la qualité des appareils de mesure du lactate. Une utilisation régulière permet de garantir la fiabilité de tes mesures de lactate.