# Opzetstuk v. G5 - nr. 217SD - halve bol siliconen

Art: 500520 | Merk: G5



## Productinformatie

- Voetreflexologie, aanbevolen frequentie 40 - 50 Hz.
- Abdominale massages, aanbevolen frequentie 20 - 40 Hz.
- Respiratoire kiné (in combinatie met het elleboogvormige hulpstuk art. 500.514, aanbevolen frequentie 10 - 25 Hz.
- Kan gesteriliseerd worden